



Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pokyny externím zákazníkům k odběru a uchovávání vzorků vody z bazénu

Vzorkovnice: 500 ml skleněná vzorkovnice pro chemický rozbor (= skleněná vzorkovnice bez alobalu)
100 ml plastová vzorkovnice pro chemický rozbor (PE 100 ml)
500 ml skleněná celosterilní vzorkovnice s alobalem pro mikrobiologický rozbor
(ve vzorkovnici je přidáno dechlorační činidlo – thiosíran sodný,
vzorkovnice je sterilní 1 měsíc, po této době se musí v laboratoři vyměnit !)

Pomůcky: Jednorázové latexové rukavice

Postup při odběru vzorku z bazénu:

1. Odběr vzorku je třeba provést maximálně 18 – 20 hodin před předáním vzorku do laboratoře !
2. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.
3. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 cm pod hladinou a minimálně 30 cm od okraje bazénu.
4. Odběr vzorku pro **chemický rozbor**:
 - 500 ml skleněnou vzorkovnici pro chemický rozbor (= skleněnou vzorkovnici bez alobalu) a 100 ml plastovou vzorkovnici (PE 100 ml) pro chemický rozbor je nutné 2× vypláchnout odebíraným vzorkem vody.
 - Poté 500 ml skleněnou vzorkovnici (= skleněnou vzorkovnici bez alobalu) naplnit až po okraj a zátkou opatrně vytlačit přebytečnou vodu z hrdla tak, aby ve vzorkovnici nezůstala vzduchová bublina. Plastovou vzorkovnici (PE 100 ml) naplnit až po okraj a uzavřít zátkou.
5. Odběr vzorku pro **mikrobiologický rozbor**:
 - Odběr vzorku vody pro mikrobiologický rozbor je nutné provádět v přiložených rukavicích.
 - Opatrně sejmut alobal z těla 500 ml skleněné vzorkovnice a uvolnit alobal na zátce – alobal ze zátky neodstraňovat !
 - Vzorkovnici nevyplachovat !
 - Vzorkovnici ponořit vodorovně (aby se nevyplavil vložený thiosíran sodný), přičemž hrdlo směřuje proti přítoku. Vzorkovnici naplnit po ohyb tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová bublina (přibližně 2 cm vysoká – naplnit po rysku).
 - Hrdlo naplněné vzorkovnice uzavřít zátkou a zajistit alobalem (přitisknout k hrdlu vzorkovnice).
6. Odebraný vzorek vody pro chemický i mikrobiologický rozbor je nutné uchovávat v chladu a temnu při 4 °C (spodní část chladničky).

Výdej vzorkovnic pro odběr vzorku v laboratoři:

Vzorkovnice pro odběr vzorku je možné vyzvednout na příjmu vzorků laboratoří v pracovní dny v době od 7,00 – 15,00 hodin. Po předchozí telefonické dohodě, lze vzorkovnice vyzvednout dle dohody.

Příjem vzorků do laboratoří:

Každé pondělí 7,00 – 9,00 hod. na příjmu vzorků laboratoří (Dykova 3, 101 00 Praha 10).

Ke každému vzorku je nutno vyplnit Objednávku rozboru vody – záznam o odběru a příjmu vzorku (zákazník obdrží společně se vzorkovnicemi) – část označenou „vyplní zákazník“.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pokyny externím zákazníkům k odběru a uchování vzorků vody z bazénu

Předání výsledků rozborů:

Výsledky rozborů budou předány formou zkušebního protokolu, a to buď osobně na příjmu vzorků, nebo budou zaslány poštou/e-mailem (dle požadavku zákazníka v Objednávce rozboru vody).

V případě zkráceného pracovního týdne je termín předání stanoven dohodou při příjmu vzorku (zkrácený týden = týden se státním svátkem).

Kontakty na příjem vzorků: tel: 221 501 106, 727 879 543

e-mail: laborator@pvk.cz

Výsledky analýz jsou vyhodnoceny srovnáním s limity uvedenými ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. v platném znění; nejistota měření není při hodnocení shody výsledků s předepsanými limity zohledněna.

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění ankety spokojenosti se službami ÚKKV prostřednictvím tištěného formuláře nebo webových stránek PVK (www.pvk.cz/sluzby/laboratorni-sluzby).

V Praze dne 1.6.2025

Ing. Lenka Vavrušková, manažer útvaru kontroly kvality vody